Hurtig COVID-19 Antigen Selvtest
PROSEDYREKORT

VIKTIG

- Denne testen kan brukes i løpet av de første ti dagene som symptomer vises for COVID-19.
- Denne testen er godkjent for bruk hjemme av personer over 12 år. Nesepinneprøver fra personer under 12 år eller over 70 år bør samles inn av eller under tilsyn av voksne.
- Testen tar omtrent 5 minutter å sette opp, og testresultatene må leses etter 15 minutter.
- Det er viktig at du følger instruksjonene nøye for å oppnå riktig resultat.
- Testenheten og bufferløsningen må være ved romtemperatur (15-30 °C) før du starter testen.
- Vask eller desinfiser hendene før og etter testen.
- Ta nødvendige sikkerhetstiltak ved testing av andre personer (f.eks. ansiktsmaske, hansker).

Hvis du har spørsmål om bruk av testen eller lesing av resultatene, kan du ringe kundeservice.
Tlf: 00 866 982 3818 (Grønt nummer)
www.healgen.com

KOM I GANG

(GCCOV-502a-H1/H2/H3/H5)

Pakkens innhold:

1/2/3/5 Test kassett
1/2/3/5 Steril vattpinne
1/2/3/5 Ekstraksjonsrør med ekstraksjonsbuffer og kork
1 Bruksanvisning
1 Prosedyrekort

NØDVENDIGE HJELPEMIDLER SOM IKKE MEDFØLGER

Klokke/stoppeklokke, tidtaker og pose til avfall.



TESTPROSEDYRE



Trinn 1.
Sett røret inn i arbeidsstasjonen. Fjern korken fra toppen av røret.



Trinn 4.
Rull vattpinnen minst 5 ganger mot innsiden av neseboret. Sørg for god kontakt mellom vattpinnen og neseboret.

Trinn 5.
Fjern vattpinnen og sett den inn i det andre neseboret. Gjenta trinn 3 og 4.

Trinn 10.
Fjern vattpinnen og kast den i en plastpose.



Trinn 11.
Skyv spissen som følger med i settet inn i røret, og sørg for at den sitter godt fast.

Trinn 15.
Les resultatene dine. Det er tre mulige typer resultater.

Positivt Test Resultat



Hvis testenheten ser ut som et av de positive resultatvinduene som vist til venstre, har du en nåværende Covid-19-infeksjon. Ring lege eller din lokale helseavdeling og sørg for at du overholder lokale retningslinjer for selvisolering. Det kan være nødvendig å teste på nytt med andre testmetoder, for eksempel en PCR-test.

SYMBOLINDEKS

	Bruksanvisning	Σ	Tester per sett	EC REP	Autorisert representant
IVD	Kun til in-vitro diagnostisk bruk		Bruk innen		Kun til engangsbruk
2°C 30°C	Lagres mellom 2-30°C	LOT	Partinummer	REF	Katalog #
					Produsent



Trinn 2.
Åpne vattpinnepakken der det er angitt.
Trekk vattpinnen ut ved å ta tak i plastenden.
Ikke berør den absorberende vattpinnespissen.



Trinn 3.
Sett forsiktig den absorberende spissen av vattpinnen inn i venstre nesebor. Pass på at hele vattpinnespissen er inne i neseboret (2-4 cm dypt). Ikke sett vattpinnen lenger inn etter at du har følt motstand.

Trinn 6.
Fjern vattpinnen fra neseboret og sett vattpinnen inn i det klargjorte røret i arbeidsstasjonen.

Trinn 7.
Bland godt ved å rulle vattpinnen minst 6 ganger mens du trykker på hodet på pinnen mot bunnen og siden av røret.

Trinn 8.
Start tidtaker.
La vattpinnen stå i røret i ett minutt.



Trinn 9.
Klem røret flere ganger fra utsiden. Prøv å løse så mye løsning fra vattpinnen som mulig.



Trinn 12.
Fjern testenheten fra posen og legg den på en flat og ren overflate.

Klem ut 4 dråper med løsning



Trinn 13.
Tilsett 4 dråper av oppløsningen i prøvebrønnen på kassetten ved å klemme røret forsiktig.

Trinn 14.
Start tidtakeren og les resultatene etter 15 minutter. Det er viktig å lese resultatene på 15 minutter.

Negativt Test Resultat



Hvis testenheten ser ut som det negative resultatvinduet som vist til venstre, kan ingen Covid-19-infeksjon oppdages. I et mistenkt tilfelle gjentar du testen etter 1-2 dager siden viruset ikke kan oppdages nøyaktig i alle faser av en infeksjon. Til tross for et negativt testresultat, må du fortsatt overholde alle gjeldende regler angående kontakt med andre og beskyttelsestiltak.

Ugyldig Test Resultat



Hvis testresultatet ser annerledes ut, noe som betyr at ingen linje er synlig eller bare én linje ved T, er resultatet ugyldig. Dette kan være et resultat av testutførelsen, og testen bør gjentas. Hvis ugyldige testresultater fortsetter, ta kontakt med legen din eller et COVID-testsenter.

Healgen Scientific Limited Liability Company
Address: 3818 Fuqua Street, Houston, TX 77047, USA.
Tel: +1 713-733-8088 Fax: +1 713-733-8848
Website: www.healgen.com

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Add: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

CE 0123

REF GCCOV-502a-H1
GCCOV-502a-H2
GCCOV-502a-H3
GCCOV-502a-H5

Revisjonsdato: 17.04.2021
B22192-01